

Address Im Hackacker 15, CH-8902 Urdorf, Switzerland
 Mail address P.O. Box, CH-8902 Urdorf, Switzerland
 Phone +41-44-729 62 11
 Fax +41-44-729 66 36
 Bank Credit Suisse, 8070 Zurich, BC 4835 / SWIFT CRESCHZ80A
 Account no. 370501-21-4 CHF/IBAN CH65 0483 5037 0501 2100 4

www.mt.com/pro

**EC Declaration of conformity
 EG-Konformitätserklärung
 CE Déclaration de Conformité**



**We
 Wir
 Nous**

Mettler-Toledo AG, Process Analytics
 Im Hackacker 15
 8902 Urdorf
 Switzerland Schweiz Suisse

declare under our sole responsibility that the product,
 erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt,
 déclarons sous notre seule responsabilité que le produit,

**Description
 Beschreibung
 Description**

<p>O2 amperometric / amperometrisch / ampérométrique</p> <p>InPro6800(G)*/*/* Series / Serie / Série InPro6810*/*/*/* Series / Serie / Série InPro6820*/*/*/* Series / Serie / Série InPro6830*/*/*/* Series / Serie / Série InPro6900*/*/*/* Series / Serie / Série InPro6910*/*/*/* Series / Serie / Série InPro6950*/*/*/* Series / Serie / Série</p>	<p>O2 digital / digital / digital</p> <p>InPro6850i(G)*/*/*/* Series / Serie / Série InPro6900i(G)*/*/*/* Series / Serie / Série InPro6950i(G)*/*/*/* Series / Serie / Série</p>
--	--

to which this declaration relates is in conformity with the following directive(s) and standard(s).
 auf welches sich diese Erklärung bezieht, mit der/den folgenden Richtlinie(n) und Norm(en)
 übereinstimmt.
 À ce que cette déclaration rapporte est conforme aux directive(s) et aux norme(s) suivantes.

**ATEX Directive
 ATEX Richtlinie
 ATEX Directive**

**94/9/EC
 94/9/EG
 94/9/CE**

**EC-Type Examination Certificate / EG-Baumeisterprüfung / Attestation
 d'Examen CE de Type
 SEV 14 ATEX 0169 X ; CH-8320 Fehraltorf, Electrosuisse SEV 1258**

**EMC Directive
 EMV-Richtlinie
 CEM Directive**

**2004/108/EC
 2004/108/EG
 2004/108/CE**

**Standard
 Norm
 Norme**

EN1127-1 :2007
 EN 60079-0 :2012 + A11: 2013
 EN 60079-11 :2012
 EN 60079-26 :2007
 EN 61000-4-2 :2001
 EN 61000-4-3 :2006
 EN 61000-4-4 :2004
 EN 61000-4-6 :2007
 EN 61000-6-2 :2005
 EN 61000-6-3 :2007

Mettler-Toledo AG, Process Analytics

Waldemar Rauch
 Head of Process Analytics Division

Peter Rowing
 Head of Quality Management

**Place and Date of issue
 Ausstellungsort und Datum
 Lieu et date d'émission**

Urdorf, 14.07.2015

**This Original may not be copied, as subject to technical changes
 Dieses Original darf nicht kopiert werden, da es dem Änderungsdienst unterliegt
 Cet original ne doit pas être copié, sujet de changement technique**