

## Prüfbescheinigung nach dem Gerätesicherheitsgesetz

Zertifikat-Nr.: 03WIS0095-01

Bescheinigungs-  
inhaber: Mettler-Toledo GmbH  
Unter dem Malesfelsen 34  
72458 Albstadt  
Deutschland

Fertigungsstätte: Mettler Toledo GmbH  
Unter dem Malesfelsen 34  
72458 Albstadt  
Deutschland

Produkt: Wägeterminal  
Typbezeichnung: ID30-Elobox-1  
ID30-HMI-Box-2

Beschreibung des  
Erzeugnisses: 100-240VAC, 50-60Hz, 550-250mA  
Schutzklasse II

Prüfbericht-Nr.: 03WIS001415 vom 5. Februar 2003

Geprüft nach: EN 61010-1:2001

Ergebnis: Das oben bezeichnete Produkt entspricht den Rechtsverordnungen zum Gerätesicherheitsgesetz bzw. den derzeit anerkannten Regeln der Technik sowie den Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften und erfüllt § 3 des Gerätesicherheitsgesetzes.

Gültig bis: 7. März 2008

Der Bescheinigungsinhaber bzw. sein für die Herstellung Verantwortlicher verpflichtet sich, sein Erzeugnis in Übereinstimmung mit dem geprüften Baumuster herzustellen und ermöglicht der zugelassenen Stelle Kontrollmaßnahmen zur Überwachung der Herstellung und rechtmäßigen Verwendung des GS-Zeichens.

Die Bescheinigung wird ungültig, wenn der Inhaber seinen oben genannten Verpflichtungen nicht nachkommt oder sich die Voraussetzungen nach § 3 des Gerätesicherheitsgesetzes geändert haben.

Diese Baumusterprüfbescheinigung berechtigt den Bescheinigungsinhaber alle mit dem oben bezeichneten Baumuster identischen Geräte mit dem abgebildeten GS-Zeichen zu versehen.

Leinfelden-Echterdingen, den 7. März 2003

ITS Testing & Certification GmbH  
Dipl.-Ing. Roland Heine

