

Address Im Hackacker 15, CH-8902 Urdorf, Switzerland
Mail address P.O. Box, CH-8902 Urdorf, Switzerland
Phone +41-44-729 62 11
Fax +41-44-729 66 36
Bank Credit Suisse, 8070 Zurich, Clearing 4835
Account No. 370501-21-90 CHF/IBAN CH71 0483 5037 0501 2109 0

www.mtpro.com

To whom it may concern

Confirmation of Surface Roughness Oberflächenrauheit Bestätigung

We/ Wir

Mettler-Toledo AG, Process Analytics

Im Hackacker 15
8902 Urdorf
Switzerland

hereby confirm that we have attained the Quality Assurance Certificate ISO 9001 and the Environmental Certificate ISO 14001. The invoiced and shipped goods are developed, produced and tested according to the regulations of our Certified Quality and Environmental Management Systems and fulfil our technical specifications:

sind im Besitz des Qualitätszertifikates nach ISO 9001 und des Umweltzertifikates nach ISO 14001. Die verrechnete und versandte Ware wird in Übereinstimmung mit den Grundsätzen unseres zertifizierten Qualitäts- und Umweltmanagement Systems entwickelt, hergestellt und geprüft und erfüllt unsere technischen Spezifikationen:

Description of Goods

Beschreibung der Ware

**InTrac776e, InTrac777e, InTrac779e
InTrac797e, InTrac799e, InTrac798e**


Confirmation

Bestätigung

The wetted surfaces and the cylinder jacket of the immersion tube are provided with a maximal roughness Ra of N6 respectively 0.8 µm.

Die Medium berührten Oberflächen und die Tauchrohrmantelfläche weisen eine maximale Rauheit Ra von N6 beziehungsweise 0.8 µm auf.

Mettler-Toledo AG, Process Analytics



Waldemar Rauch
General Manager PO Urdorf

Date/ Datum

October 6, 2006