


## 7. Accessori



<b>Cavalletto</b>	<b>N. di ordinazione</b>
stabile struttura a telaio, due piedi con rotelle, altezza 560mm, nero, rivestito in plastica	
DNB (400 x 500 mm)	00503631
DNCC (600 x 800 mm)	00504853
in acciaio inossidabile	
DNB (400 x 500)	00503632
DNCC (600 x 800 mm)	00504854
<b>Stativo da cavalletto</b>	
per il fissaggio del terminale sul cavalletto, la dotazione di fornitura comprende il materiale per il fissaggio	
nero, rivestito in plastica	00504127
in acciaio inossidabile	00504128
<b>Convogliatore a rulli</b>	
8/9 rulli con rivestimento d'acciaio, direzione di movimento longitudinale, mesa in opera senza montaggio, verniciata (ambienti asciutti)	
DNB (400 x 500 mm)	00503640
DNCC (600 x 800 mm)	00504852
in acciaio inossidabile (ambienti umidi)	
DNB (400 x 500 mm)	22001647
DNCC (600 x 800 mm)	22001648
<b>Stativo per bilancia</b>	
per il fissaggio del terminale ID su basamenti verniciati max. dimensioni piattaforma 500x650 mm, altezza stativo per bilancia 430mm, in acciaio inossidabile	22002055
<b>Stativo per bilancia</b>	
per il fissaggio del terminale ID su basamenti in acciaio inossidabile max. dimensioni piattaforma 300x400 mm, altezza stativo per bilancia 330m, in acciaio inossidabile	22002056
<b>Stativo per bilancia</b>	
per il fissaggio del terminale ID su basamenti in acciaio inossidabile max. dimensioni per bilancia 500x650 mm; altezza stativo per bilancia 600-800 mm in acciaio inossidabile	22002057

## 3. Scelta del luogo d'installazione

I basamenti verniciati, in colore nero, devono essere impiegati in ambiente asciutto.



- Il piano sul quale la bilancia è installata deve essere in grado di sostenere con sicurezza il peso del basamento caricato al massimo, distribuito sui punti d'appoggio. Nello stesso tempo, esso deve essere così stabile che le operazioni di pesata possano essere eseguite senza oscillazioni. Queste avvertenze devono essere tenute presenti anche in caso d'inserimento del basamento in sistemi di trasporto, e simili.



- Temperatura tra -10°C a +40°C




- Senza forti correnti d'aria (ad es. provenienti da un ventilatore)


## 4. Livellamento del basamento

Dopo la prima installazione o variazione del luogo d'installazione, livellare il basamento.

### versione verniciata



### versione inox




- Togliete il piatto sollevandolo. Allentate i controddadi ("A") dei piedini di livellamento.
- Ruotate i piedini ("B") fino a che la bilancia risulti orizzontale, ovvero fino a che la bolla d'aria si trovi nel centro della livella.




- Bloccate tutti i controddadi, usando la chiave consegnata con l'apparecchio, quindi rimontate il piatto.

## 5. Limiti d'uso

- I basamenti di questa serie sono particolarmente robusti, tuttavia determinati limiti di carico, indicati nella seguente tabella, non possono essere superati.
- In funzione del tipo di distribuzione del carico, la portata statica, cioè il carico massimo ammesso, è:




bilance	portata statica		
	1 centrato	2 laterale	3 angolo
DNA...	40kg	30kg	15kg
DNBB....	100kg	70kg	35kg
DNB...	200kg	140kg	75kg
DNBC...	400kg	300kg	150kg
DNCC...	700kg	400kg	200kg



- ♦ Si devono evitare la caduta di carichi, sollecitazioni ad urto e urti laterali.

## 6. Pulizia del basamento

La manutenzione del basamento si limita ad una pulizia regolare. La relativa procedura dipende dalle condizioni ambientali nel luogo di installazione.



### Versione verniciata

Pulizia con un panno umido, normali detersivi per uso domestico.

### Detersivi

Disinfettanti e detersivi devono essere utilizzati solo secondo le avvertenze e le prescrizioni dei relativi produttori.




### Versione inox

- Getto d'acqua.
- Normali detersivi per uso domestico.

### Pulizia esterna in ambiente corrosivo

- Tutte le sostanze corrosive devono essere eliminate con assoluta regolarità.
- Disinfettanti e detersivi devono essere utilizzati solo secondo le avvertenze e le prescrizioni dei relativi produttori.
- Getto d'acqua fino a 60 °C.
- Eventuale post-trattamento con olio universale tipo OKS 371.



### Pulizia interna

- Togliete il piatto  
La copertura di gomma della cella di pesata non dovrà mai essere pulita con oggetti solidi. Questi potrebbero infatti compromettere la tenuta con la conseguenza che le caratteristiche valide per la classe di protezione IP non saranno più rispettate.
- Dopo la pulizia asciugate il basamento con un panno morbido che non sfilacci.

**Per un buon futuro dei Vostri prodotti METTLER TOLEDO:  
Il servizio assistenza tecnica METTLER TOLEDO Vi garantisce  
nel corso degli anni la loro qualità, la loro precisione di  
misura e la conservazione del loro valore.**

**Richiedeteci subito la documentazione illustrativa del servizio  
altamente professionale che Vi offriamo. Grazie.**

## Istruzioni d'uso

**METTLER TOLEDO**

**METTLER TOLEDO MultiRange  
Bilance da tavola e cavalletto  
DNA.., DNBB.., DNB.., DNBC.., DNCC..  
DNA..s, DNBB..s, DNB..s, DNBC..s, DNCC..s**


### Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH

**D-72458 Albstadt**

**T 0049-7431-14 0**

**F -14 232**

AT	Mettler-Toledo Ges.m.b.H.	1100 Wien	T 0043-1-604 19 80	F -604 28 80
AU	Mettler-Toledo Ltd.	Victoria 3207	T 0061-3-9646 45 51	F -9645 39 35
BE	N.V. Mettler-Toledo S.A.	1651 Lot	T 0032-2-334 02 11	F -378 16 65
CH	Mettler-Toledo (Schweiz) AG	8606 Greifensee	T 0041-1-944 45 45	F -944 45 10
CN	Mettler-Toledo (Shanghai) Ltd.	Shanghai 200233	T 0086-21-6485 0435	F -6485 3351
CZ	Mettler-Toledo spol. s.r.o.	120 00 Praha 2	T 0042-2-252 755	F -242 475 83
DE	Mettler-Toledo GmbH	35353 Giessen	T 0049-641-50 70	F -507 129
DK	Mettler-Toledo A/S	2600 Glostrup	T 0045-43 27 08 00	F -43 27 08 28
ES	Mettler-Toledo S.A.E.	08038 Barcelona	T 0034-3 223 22 22	F -223 02 71
FR	Mettler-Toledo s.a.	78222 Viroflay-Cedex	T 0033-1-30 97 17 17	F -30 97 16 00
HK	Mettler-Toledo (HK) Ltd.	Kowloon, Hongkong	T 00852-2744 1221	F -2744 6878
HR	Mettler-Toledo d.o.o.	100 10 Zagreb	T 00385-1-233 6317	F -233 63171
HU	Mettler-Toledo Keresked. KFT	1173 Budapest	T 0036-1-257 98 89	F -256 2175
IT	Mettler-Toledo S.p.A.	20026 Novate Milanese	T 0039-2-33 33 21	F -356 2973
JP	Mettler-Toledo K.K.	Osaka 540	T 0081-6-949 5917	F -949 5944
KR	Mettler-Toledo (Korea)	Seoul 135-080	T 0082-2-518 2004	F -518 0813
MY	Mettler-Toledo (M)	47301 Petaling Jaya	T 0060-3-703 2773	F -703 8773
NO	Mettler-Toledo A/S	1008 Oslo 10	T 0047-22-30 44 90	F -32 70 02
NL	Mettler-Toledo B.V.	4000 HA Tiel	T 0031-344-63 83 63	F -63 83 90
PL	Mettler-Toledo Sp.z.o.o.	02-929 Warszawa	T 0048-22-651 92 32	F -42 20 01
RU	Mettler-Toledo AO	101000 Moscow	T 007-095-921 92 11	F -921 63 53
SE	Mettler-Toledo AB	120 08 Stockholm	T 0046-8-702 50 00	F -642 45 62
SG	Mettler-Toledo (S) Pte. Ltd.	Singapore 139944	T 0065-778 67 79	F -778 66 39
SK	Mettler-Toledo spol. s.r.o.	831 03 Bratislava	T 0042-7-5252 170	F -5252 173
SL	Mettler-Toledo d.o.o.	1236 Trzin	T 061-162-1801	F -161-1789
TH	Mettler-Toledo (Thailand)	Bangkok 10310	T 0066-2-719 64 80	F -719 64 79
TW	Mettler-Toledo (Taiwan)	Taipei	T 00886-2-579 5955	F -579 5977
UK	Mettler-Toledo Ltd.	Leicester, LE4 1AW	T 0044-116-235 70 70	F -236 63 99
US	Mettler-Toledo Inc.	Worthington, Ohio 43085	T 001-614-438 4511	F -438 4755
US	Mettler-Toledo Inc.	Hightstown, NJ 08520	T 001-609-448 3000	F -586 5451




## 1. Avvertenze di sicurezza



### Linea DN



Non utilizzare in aree con atmosfere potenzialmente esplosive.

## 2. Messa in funzione



### Linea DN

Con le bilance da tavola e cavalletto si possono collegare tutti i terminal con interfaccia IDNet.



### Prolunga per cavo di collegamento

lunghezza 10 m, con spina su entrambe le estremità, per l'installazione a distanza del terminale

### N. di ordinazione

00504134

### Corredo per il collegamento

consistente di due scatole di prolungamento, per il prolungamento ininterrotto del cavo di collegamento fino a 100 m.

La scatola sul lato terminale è dotata di cavo di collegamento di 2,5 m di lunghezza

00504133

### 100m cavo speciale a metraggio

in combinazione con il corredo di collegamento, per il prolungamento ininterrotto del cavo di collegamento

00504177