

# Société Nationale de Certification et d'Homologation S.à r.l.



## EG-BAUMUSTERPRÜFBESCHEINIGUNG

Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung  
in explosionsgefährdeten Bereichen  
Richtlinie 94/9/EG

EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer: SNCH 03 ATEX 3590 X

Gerät oder Schutzsystem: **Armaturen Typ InTrac7xx/\*1/\*2/\*3/\*4/\*5/\*6\*7\*8 bzw.  
Armaturen Typ InFit7xx/\*1\*2/\*3/\*4/\*5/\*6\*7\*8**

Hersteller: **Mettler-Toledo GmbH Process Analytics  
Im Hackacker 15  
CH – 8902 Urdorf**

Die Bauart dieses Gerätes oder Schutzsystems sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.

*Société Nationale de Certification et d'Homologation S.à r.l.*, Nummer der Benannten Stelle 0499 nach Artikel 9 der Richtlinie des Rates 94/9/EG vom 23. März 1994 bescheinigt, daß dieses Gerät oder Schutzsystem die in Anhang II der Richtlinie festgelegten Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau des Gerätes oder Schutzsystems zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen erfüllt.

Die Prüfergebnisse sind in dem vertraulichen Prüfbericht Nr. **03-IK-0248.02 inkl. Erweiterung Nr. 2** festgehalten.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit:

**EN 1127-1 : 1997  
EN 13463-1 : 2001**

Falls das Zeichen "X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen für die sichere Anwendung des Gerätes oder Schutzsystems in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

Diese Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf Konstruktion, Überprüfung und Tests des spezifizierten Gerätes oder Schutzsystems in Übereinstimmung mit Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen der Richtlinie können für das Herstellungsverfahren und die Lieferung dieses Gerätes oder Schutzsystems gelten. Diese sind von vorliegender Bescheinigung nicht abgedeckt.

Die Kennzeichnung des Gerätes oder Schutzsystems muß die folgenden Angaben enthalten:

 **II 1/2GD IIC T3 / T4 / T5 / T6  
IP6X T161°C / T109°C / T81°C / T69°C**

Seite 1/2

*Diese Bescheinigung darf nur vollständig, ohne Änderungen und mit der Anlage vervielfältigt werden.*

Luxembourg, 18.05.2005

# Société Nationale de Certification et d'Homologation S.à r.l.

## Anlage

### EG-BAUMUSTERPRÜFBESCHEINIGUNG

Nr. *SNCH 03 ATEX 3590 X*

Beschreibung des Gerätes oder des Schutzsystems:

Armaturen METTLER-TOLEDO

Typen:

InTrac7xx/\*1/\*2/\*3/\*4/\*5/\*6\*7\*8

InFit7xx/\*1\*2/\*3/\*4/\*5/\*6\*7\*8

Prüfbericht: *Nr. 03-IK-0248.02 inkl. Erweiterung Nr. 2*

Besondere Bedingungen: *siehe Prüfbericht*

Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen:

*durch Normen erfüllt*

Seite 2/2

*Diese Bescheinigung darf nur vollständig, ohne Änderungen und mit der Anlage vervielfältigt werden.*

Luxembourg, 18.05.2005