

## Servizi consigliati per il 2850Si

### Operatività ottimizzata e prestazioni eccellenti



#### Produttività ottimale

I servizi proattivi e la sostituzione periodica dei materiali di consumo possono contribuire a garantire prestazioni ottimali dell'analizzatore. L'esecuzione degli interventi di manutenzione e taratura consigliati effettuati dai nostri tecnici specializzati può ridurre al minimo i tempi di fermo e proteggere il vostro analizzatore.



#### Prestazioni prive di inconvenienti

I nostri tecnici specializzati eseguono l'ispezione accurata, la pulizia e il test di funzionamento per garantire che non vi siano problemi di prestazioni fuori specifica a ogni intervallo di manutenzione e taratura consigliato.



### Servizi consigliati per 2850Si

Frequenza	Assistenza prodotto	Vantaggi
Al momento dell'installazione	<b>Installazione e configurazione</b> Permette un'installazione rapida e affidabile e una configurazione standard per garantire che l'analizzatore sia pronto per l'uso nella vostra applicazione.	L'installazione e la configurazione includono: <ul style="list-style-type: none"> <li>Esecuzione di test per garantire che l'analizzatore sia pronto per l'uso</li> <li>Panoramica dell'analizzatore</li> <li>Documentazione dei parametri di configurazione</li> </ul>
Primi due anni al momento dell'acquisto	<b>ExtendedCare</b> Garantite la massima tranquillità e produttività con questo contratto di assistenza con copertura completa per i primi 24 mesi di vita dello strumento. Con la manutenzione preventiva fin dall'inizio, riducete al minimo i possibili impatti a lungo termine sul vostro strumento.	ExtendedCare e ComprehensiveCare includono: <ul style="list-style-type: none"> <li>Manutenzione preventiva standard completa</li> <li>Pianificazione prioritaria delle richieste di assistenza</li> <li>Taratura dell'analizzatore</li> <li>Controllo visivo</li> <li>Kit di materiali di consumo per l'intervento di manutenzione</li> <li>Copertura di ricambi e manodopera per tutti i componenti non consumabili</li> </ul>
Dopo i primi due anni	<b>ComprehensiveCare</b> Continuate a massimizzare l'operatività oltre i primi 24 mesi del vostro analizzatore con questa offerta di assistenza completa. Evitate qualsiasi rischio e proteggete lo strumento dai tempi di fermo, dai problemi di prestazioni e dai costi inattesi per manodopera e materiali.	
Al momento dell'acquisto o successivamente	<b>BasicCare</b> Contratto di assistenza che offre tempi di risposta più rapidi con programmazione prioritaria. Include la manutenzione preventiva completa che copre la taratura, l'ispezione, la pulizia e i test operativi per individuare eventuali problemi di prestazioni fuori specifica.	L'assistenza BasicCare include: <ul style="list-style-type: none"> <li>Manutenzione preventiva standard completa</li> <li>Pianificazione prioritaria delle richieste di assistenza</li> <li>Taratura dell'analizzatore</li> <li>Controllo visivo</li> <li>Kit di materiali di consumo per l'intervento di manutenzione</li> <li>Sconto sui costi di manodopera per le riparazioni in loco rispetto ai servizi non pianificati</li> </ul>

## Informazioni per l'ordine 2850Si

Descrizione intervento	N. ordine
Installazione e configurazione	S39905182
ExtendedCare	B39950001
ComprehensiveCare	B39910001
BasicCare	B39910003

Materiali di consumo	N. ordine
Kit reagenti/taratura (solo modelli silice)*	30571930
Soluzione di verifica, silice a 500 ppb	30571927
Kit reagenti/taratura (solo modelli silice e fosfato)*	30571929
Soluzione di verifica, silice a 500 ppb/fosfato a 2.500 ppb	30571928
Kit di pulizia camera di reazione	30571818
Filtri aria (q.tà 4)	30571819
Kit di ricambio pompa/tubi	30571820
Elemento filtrante campioni	58091204

\*In base alla capacità di misura dell'analizzatore

[www.mt.com/pro-service](http://www.mt.com/pro-service)

Per maggiori informazioni

### Gruppo METTLER TOLEDO

Divisione Analitica di Processo

Contatto locale: [www.mt.com/pro-MOs](http://www.mt.com/pro-MOs)

Documento soggetto a modifiche tecniche  
©10/2020 METTLER TOLEDO. Tutti i diritti riservati  
PA2057IT Rev A 10/20