

最大限度延长运行时间并提高性能



最大程度保障正常运行时间

主动服务和定期更换耗材有助于确保分析仪器的最佳性能。由我们技术娴熟的服务人员来执行建议的维护保养和校准，可以最大程度地缩短停机时间并保护您的分析仪器。



性能无忧

有我们技术娴熟的服务人员提供全面的检查、清洁和运行测试，以确保在推荐的维护保养和校准间隔期间不会出现性能不合格问题。



推荐的2850Si服务

频率	服务产品	为什么要获取?
安装	设置和配置 提供快速可靠的设置和标准配置，确保分析仪随时可用。	设置和配置包括： <ul style="list-style-type: none"> • 执行测试以确保分析仪器准备就绪 • 分析仪器概述 • 有文档记录的配置参数
购买后头两年	延长保养 通过设备寿命前24个月的全面保障服务合同，确保您高枕无忧并最大限度地延长正常运行时间。从开始就实施预防性维护，最大程度地降低对设备的长期影响。	延保服务包和全面保障服务包包含： <ul style="list-style-type: none"> • 标准全面预防性维护 • 优先安排服务 • 分析仪器校准 • 目视检查 • 上门维护所需的耗材 • 涵盖所有非易损件的备件和人工费用
两年后	全面保养 凭借此全面服务，在分析仪器前24个月以后也可以继续最大限度地延长正常运行时间。规避风险并避免您的设备出现停机、性能问题以及意外维修人工和材料成本。	
购买时或之后	BasicCare 服务合同通过优先调度提供更快响应。其中包括完整的预防性维护，涵盖校准、检测、清洁和操作测试，以发现任何不合格性能问题。	基本服务包包括： <ul style="list-style-type: none"> • 标准全面预防性维护 • 优先安排服务 • 分析仪器校准 • 目视检查 • 上门维护所需的耗材 • 与计划外服务相比，现场维修的人工费可享受折扣优惠

2850Si订货信息

服务描述	订货号
设置和配置	S39905182
ExtendedCare	B39950001
ComprehensiveCare	B39910001
BasicCare	B39910003

耗材	订货号
试剂/校准套件（仅限二氧化硅型号）*	30571930
检定溶液，500 ppb二氧化硅	30571927
试剂/校准套件（二氧化硅和磷酸盐型号）*	30571929
检定溶液，500 ppb二氧化硅/2500 ppb磷酸盐	30571928
反应室清洁套件	30571818
空气滤清器（数量：4）	30571819
泵/管道更换套件	30571820
样品过滤元件	58091204

*基于分析仪的测量能力

www.mt.com/pro-service

了解更多信息

梅特勒-托利多集团

过程分析部门

本地联系方式: www.mt.com/pro-MOs

如有技术更改, 恕不另行通知

©10/2020 METTLER TOLEDO。版权所有

PA2057ZH Rev A 10/20