

Address Im Hackacker 15, CH-8902 Urdorf, Switzerland  
Mail address P.O. Box, CH-8902 Urdorf, Switzerland  
Phone +41-44-729 62 11  
Fax +41-44-729 66 36  
Bank Credit Suisse, 8070 Zurich, BC 4835 / SWIFT CRESCHZ80A  
Account no. 370501-21-4 CHF/IBAN CH65 0483 5037 0501 2100 4

[www.mt.com/pro](http://www.mt.com/pro)

### To whom it may concern / Bestätigung / Confirmation

#### Confirmation

#### Bestätigung

#### Confirmation

We  
Wir  
Nous

#### Mettler-Toledo AG, Process Analytics

Im Hackacker 15  
8902 Urdorf  
Switzerland Schweiz Suisse

hereby confirm that we have attained the Quality Assurance Certificate ISO 9001 and the Environmental Certificate ISO 14001 and that the said product fulfils the following material specification:

bestätigen, dass wir im Besitz des Qualitätszertifikates nach ISO 9001 und des Umweltzertifikates nach ISO 14001 sind und dass die genannten Produkte unserer Firma in Übereinstimmung mit folgenden Materialspezifikationen hergestellt wurden:

confirme par la présente que nous sommes en possession de la certification qualité ISO 9001, de la certification environnementale ISO 14001 et que le dit produit répond aux spécifications de matière :

Description of Goods  
Produktbeschreibung  
Description du produit

InFit761/NC/0033/4435/T04/EP-S 59600772

Confirmation  
Bestätigung  
Confirmation

Hereby we confirm that the wetted surface of above mentioned housing is electro polished and has a surface roughness of N5 respectively 0.4µm.

Hiermit Bestätigen wir, dass die oben erwähnte Armatur eine Oberflächen Rauheit der mediumberührten Teile von N5 bzw. 0.4µm hat und dass diese Teile elektropliert sind.

confirme par la présente que le support d'électrode indiquée est polissager électrolytique et que la rugosité de la surface est N5 respectivement 0.4 µm

#### Mettler-Toledo AG, Process Analytics



Waldemar Rauch  
Head of Process Analytics Division



Peter Rowing  
Head of Quality Management

Place and Date of issue/  
Ausstellungsort und Datum/  
Lieu et date d'émission

Urdorf, 06.02.2012

This Original may not be copied, as subject to technical changes  
Dieses Original darf nicht kopiert werden, da es dem Änderungsdienst unterliegt  
Cet original ne doit pas être copié, sujet de changement technique  
CO\_electropolished\_59600772\_Feb12.doc