

Address Im Hackacker 15, CH-8902 Urdorf, Switzerland  
 Mail address P.O. Box, CH-8902 Urdorf, Switzerland  
 Phone +41-44-729 62 11  
 Fax +41-44-729 66 36  
 Bank Credit Suisse, 8070 Zurich, BC 4835 / SWIFT CRESCHZ80A  
 Account no. 370501-21-4 CHF/IBAN CH65 0483 5037 0501 2100 4

[www.mt.com/pro](http://www.mt.com/pro)**To whom it may concern / Bestätigung / Confirmation****Material Specification EN 10204-2.1****Materialbescheinigung EN 10204-2.1****Certificate du materiau EN 10204-2.1****We  
Wir  
Nous****Mettler-Toledo AG, Process**

Im Hackacker 15  
 8902 Urdorf  
 Switzerland Schweiz Suisse

hereby confirm that we have attained the Quality Assurance Certificate ISO 9001 and the Environmental Certificate ISO 14001 and that the said product fulfils the following material specification:

bestätigen, dass wir im Besitz des Qualitätszertifikates nach ISO 9001 und des Umweltzertifikates nach ISO 14001 sind und dass die genannten Produkte unserer Firma in Übereinstimmung mit folgenden Materialspezifikationen hergestellt wurden:

confirmons par la présente que nous sommes en possession de la certification qualité ISO 9001, de la certification environnementale ISO 14001 et que le dit produit répond aux spécifications de matière :

**Description  
Beschreibung  
Description**

**Certificate of compliance with the order EN 10204-2.1**  
**Werksbescheinigung EN 10204-2.1**  
**Certificat de compliance avec la norme EN 10204-2.1**

**Description of Goods  
Produktbeschreibung  
Description du produit****OptoCap BT02T (30018857)****Specifications  
Spezifikationen  
Spécifications**

**Metallic and / or plastic parts**  
**Metallische und / oder Kunststoffteile**  
**Partie métallique et / ou plastique**

**Shaft**  
**Schaft**  
**tige**

**Stainless Steel 1.4404 Ra<0.4µm [16µ in]**  
**Rostfreier Stahl 1.4404 Ra<0.4µm [16µ in]**  
**acier inoxydable 1.4404 Ra<0.4µm [16µ in]**

**Plastic part [Membrane]**  
**Kunststoffteile [Membrane]**  
**Partie plastique [membrane]**

**PTFE FDA**  
**PTFE FDA**  
**PTFE FDA**

**According to / gemäss / conforme avec**  
**21 CFR 177.2600**

**Mettler-Toledo AG, Process Analytics**


Waldemar Rauch  
 Head of Process Analytics Division



Peter Rowing  
 Head of Quality Management

**Place and Date of issue  
Ausstellungsort und Datum  
Lieu et date d'émission**

Urdorf, 04.01.2013

This Original may not be copied, as subject to technical changes  
 Dieses Original darf nicht kopiert werden, da es dem Änderungsdienst unterliegt  
 Cet original ne doit pas être copié, sujet de changement technique  
 MS\_OptoCap\_BT02T\_Jan13.doc