

Address Im Hackacker 15, CH-8902 Urdorf, Switzerland
Mail address P.O. Box, CH-8902 Urdorf, Switzerland
Phone +41-44-729 62 11
Fax +41-44-729 66 36
Bank Credit Suisse, 8070 Zurich, BC 4835 / SWIFT CRESCHZ80A
Account no. 370501-21-4 CHF/IBAN CH65 0483 5037 0501 2100 4

www.mt.com/pro

To whom it may concern / Bestätigung Confirmation Bestätigung

**We
Wir** _____

Mettler-Toledo AG, Process Analytics

Im Hackacker 15
8902 Urdorf
Switzerland Schweiz Suisse

hereby confirm that we have attained the Quality Assurance Certificate ISO 9001 and the Environmental Certificate ISO 14001 and that the said product fulfils the following material specification:

bestätigen, dass wir im Besitz des Qualitätszertifikates nach ISO 9001 und des Umweltzertifikates nach ISO 14001 sind und dass die genannten Produkte unserer Firma in Übereinstimmung mit folgenden Materialspezifikationen hergestellt wurden:

**Description of Goods
Produktbeschreibung** _____

**InTrac 777SL in 1.4435 (Guide sleeve made of POM)
InTrac 777SL aus 1.4435 (Führungszylinder aus POM)**

**Confirmation
Bestätigung** _____

Hereby we confirm that the temperature resistivity of guide sleeve material is as follow:
Please check the attached datasheet of Tecaform aH schwarz

POM-C black non conductive: Temperature value: -30°C too 80°C.

Hier mit bestätigen wir, die Temperatur Beständigkeit der Führungszylinders wie folgt:
Bitte prüfen Sie das angehängte Datenblatt von Tecaform aH schwarz

POM-C schwarz nicht leitend: -30°C bis 80°C

Mettler-Toledo AG, Process Analytics



Waldemar Rauch
Head of Process Analytics Division



Peter Rowing
Head of Quality Management

**Place and Date of issue
Ausstellungsort und Datum** _____

Urdorf, 09.02.2012

**This Original may not be copied, as subject to technical changes
Dieses Original darf nicht kopiert werden, da es dem Änderungsdienst unterliegt**
CO_temperatur_POM_InTrac777SL_Feb12.doc