

SOP för regelbundna känslighetskontroller (rutinkontroller)

Titel: Standardförfarande för regelbundna känslighetskontroller
Dokumentnr: _____
Författare: METTLER TOLEDO Laboratory & Weighing Technologies
Antal sidor: 4

Kontroller

Ersättningsdokument: Ej aktuellt
Skäl till ändringen: Ej aktuellt
Publiceringsdatum: 18 aug. 2008

Publicering för rutinmässig användning

Granskad av: _____
Datum: _____
Underskrift: _____

Godkänd av: _____
Datum: _____
Underskrift: _____

Allmänt

Det är bättre att använda en stor kontrollvikt än en liten för att kontrollera en vågs känslighet.

Grundläggande regler för att hantera vågar

- Innan du använder en våg bör du förvissa dig om att den har varit påslagen tillräckligt länge (i enlighet med anvisningarna i bruksanvisningen till vågen).
- Kontrollera att vågen står horisontellt.
- Minimera störningar från omgivningen, t.ex. från öppna fönster och dörrar eller direkt solljus.
- Undvik att ha händerna inne i våghuset.
- Placera provet mitt på vågskålen.

Grundläggande regler för hantering av vikter

Viktig information:

- För att en våg ska anses som spårbar utrustning måste vikten som kontrollerar vågen ha ett spårbart kalibreringscertifikat.
- Kontrollvikter ska alltid placeras med försiktighet på en rengjord vågskål och därefter omedelbart åter placeras i sin förvaringslåda.
- Vikter måste omkalibreras med angivna mellanrum (enligt ISO 9001) eftersom de är en del av mätutrustningen.
- En omkalibrering bör göras omedelbart om någon form av skada uppkommer som kan påverka vikten. METTLER TOLEDOS kalibreringsservice kan ge råd om detta.

Förvaring av vikter

- Vikter bör förvaras i originalförpackningen.
- Vikterna bör förvaras i samma rum som den våg som de ska kontrollera eftersom eventuella temperaturskillnader mellan vikt och omgivning orsakar mätfel.
- Vikter som inte har förvarats i samma temperatur måste acklimatiseras, vilket kan ta flera timmar.

Transport av vikter

- Lyft enbart i vikterna med lämpliga verktyg som pincetter, viktgafflar, hållare eller handskar (se METTLER TOLEDOS tillbehör till vikter).
- Sådana verktyg bör enbart användas tillsammans med kontrollvikter eftersom de annars kan kontamineras.

Känslighetskontroll

Förberedelse

- Kontrollvikterna måste acklimatiseras till vågens omgivningstemperatur innan testet kan utföras.
- Gör i ordning ett pappersark, eller det dokument du använder, för att notera avläsningarna från känslighetskontrollen.

Kontrollförfarande

- Töm vågskålen.
- Placera taravikten på vågskålen om kontrollen kräver detta.
- Tarera eller nollställ vågen.
- Placera kontrollvikten/-vikterna på vågskålen.
- Läs av vågen när den blivit stabil och notera värdet med samtliga värdesiffror.

Utvärdering

- Utvärdera om det noterade värdet överstiger den angivna "varningsgränsen" ¹⁾.
- Utvärdera om det noterade värdet överstiger den angivna "kontrollgränsen" ²⁾.

Avvikelse

Varningsgräns ¹⁾ (om en sådan har angivits)

- Gör om kontrollen om varningsgränsen överskrids.
- Om varningsgränsen överskrids på nytt bör du rapportera detta till laboratoriechefen eller den person som ansvarar för vågen.
- Ställ vågen horisontellt, gör en justering med en inbyggd eller extern vikt och upprepa kontrollen.
- Om varningsgränsen fortfarande överskrids bör du rapportera problemet till laboratoriechefen eller den person som ansvarar för vågen. Du är även välkommen att kontakta METTLER TOLEDOS serviceavdelning för rådgivning.

Kontrollgräns ²⁾

- Om kontrollgränsen överskrids bör du rapportera problemet till laboratoriechefen eller den person som ansvarar för vågen.
- Markera att vågen "ligger utanför kontrollgränserna".
- Kontakta METTLER TOLEDOS serviceavdelning för rådgivning.

¹⁾ – Värden inom varningsgränsen: Ingen åtgärd krävs.

– Värden mellan varnings- och kontrollgränsen accepteras men måste hållas under uppsikt. Det kan krävas en korrigeringsåtgärd, beroende på i vilken riktning värdena ändras.

²⁾ – Information om värden inom kontrollgränsen finns i ¹⁾.

– Värden utanför kontrollgränsen visar att vägningsprocessen inte längre sker kontrollerat och det krävs då någon form av åtgärd omedelbart..

Mettler-Toledo AG

Laboratory & Weighing Technologies
Im Langacher
P.O. Box LabTec
CH-8606 Greifensee
Switzerland

Subject to technical changes
© 08/2008 Mettler-Toledo AG
Printed in Switzerland 11793344

www.mt.com

For more information