

Address Im Hackacker 15, CH-8902 Urdorf, Switzerland  
Mail address P.O. Box, CH-8902 Urdorf, Switzerland  
Phone +41-44-729 62 11  
Fax +41-44-729 66 36  
Bank Credit Suisse, 8070 Zurich, BC 4835 / SWIFT CRESCHZ80A  
Account no. 370501-21-4 CHF/IBAN CH65 0483 5037 0501 2100 4

[www.mt.com/pro](http://www.mt.com/pro)

To whom it may concern / Bestätigung /

**Material Specification EN 10204-2.1**

**Materialbescheinigung EN 10204-2.1**

**Certificate du materiau EN 10204-2.1**

**Mettler-Toledo AG, Process**

Im Hackacker 15  
8902 Urdorf  
Switzerland Schweiz Suisse

**We**  
**Wir**  
**Nous**

hereby confirm that we have attained the Quality Assurance Certificate ISO 9001 and the Environmental Certificate ISO 14001 and that the said product fulfils the following material specification:

bestätigen, dass wir im Besitz des Qualitätszertifikates nach ISO 9001 und des Umweltzertifikates nach ISO 14001 sind und dass die genannten Produkte unserer Firma in Übereinstimmung mit folgenden Materialspezifikationen hergestellt wurden:

confirme par la présente que nous sommes en possession de la certification qualité ISO 9001, de la certification environnementale ISO 14001 et que le dit produit répond aux spécifications de matière :

**Description**  
**Beschreibung**  
**Description**  
**Description of Goods**  
**Produktbeschreibung**  
**Description du produit**  
**Specifications**  
**Spezifikationen**  
**Spécifications**

**Certificate of compliance with the order EN 10204-2.1**

**Werksbescheinigung EN 10204-2.1**

**Certificat de compliance avec la norm EN 10204-2.1**

**InPro7108-25/\*-VP 3.1B**

**Medium wetted parts / mediumberührte Teile / partie du corp mouille du medium**

**Metallic and / or polymer parts**  
**Metallische und / oder polymere Teile**  
**Partie metalique et / ou polymeric**

**Shaft / Schaft / Hampe**

**PEEK FDA**

**According to / gemäss / conforme avec**

**21 CFR 177.2600 sanitary standard /  
hygienischer Standard / standard hygenic  
20-19 and directive / und Richtlinie / et  
directive 93/9/EEC**

**Ra<0.8 µm (<32µinch)**

**USP <88> Class VI**

**Electrodes / Elektroden / Électrode**


**Hastelloy C22 3.1B**

**O-rings / O-Ringe / Joint torique**

**EPDM FDA**

**according to / gemäss / conforme avec  
21 CFR 177.2600**

**Mettler-Toledo AG, Process Analytics**



Waldemar Rauch  
Head of Process Analytics Division



Peter Rowing  
Head of Quality Management

**Place and Date of issue**  
**Ausstellungsort und Datum**  
**Lieu et date d'émission**

Urdorf, 13.02.2012

**This Original may not be copied, as subject to technical changes**  
**Dieses Original darf nicht kopiert werden, da es dem Änderungsdienst unterliegt**  
**Cet original ne doit pas être copie, sujet de changement technique**  
MS\_InPro\_7108\_25VP\_C22\_PEEK\_31BUSP\_Feb12.doc