

Address Im Hackacker 15, CH-8902 Urdorf, Switzerland  
 Mail address P.O. Box, CH-8902 Urdorf, Switzerland  
 Phone +41-44-729 62 11  
 Fax +41-44-729 66 36  
 Bank Credit Suisse, 8070 Zurich, BC 4835 / SWIFT CRESCHZ80A  
 Account no. 370501-21-4 CHF/IBAN CH65 0483 5037 0501 2100 4

[www.mt.com/pro](http://www.mt.com/pro)

**To whom it may concern / Bestätigung / certificat**

**Material Specification EN 10204-2.1**

**Materialbescheinigung EN 10204-2.1**

**Certificate du materiau EN 10204-2.1**

**Mettler-Toledo AG, Process**

Im Hackacker 15  
 8902 Urdorf  
 Switzerland Schweiz Suisse

**We**  
**Wir**  
**Nous** \_\_\_\_\_

hereby confirm that we have attained the Quality Assurance Certificate ISO 9001 and the Environmental Certificate ISO 14001 and that the said product fulfils the following material specification:

bestätigen, dass wir im Besitz des Qualitätszertifikates nach ISO 9001 und des Umweltzertifikates nach ISO 14001 sind und dass die genannten Produkte unserer Firma in Übereinstimmung mit folgenden Materialspezifikationen hergestellt wurden:

confirme par la présente que nous sommes en possession de la certification qualité ISO 9001, de la certification environnementale ISO 14001 et que le dit produit répond aux spécifications de matière :

**Description**  
**Beschreibung**  
**Description** \_\_\_\_\_

**Certificate of compliance with the order EN 10204-2.1**  
**Werksbescheinigung EN 10204-2.1**  
**Certificat de compliance avec la norme EN 10204-2.1**

**Description of Goods**  
**Produktbeschreibung**  
**Description du produit** \_\_\_\_\_

**52200024 DO-Membrane-Kit T-96**  
**52200024 02 Membrankit T-96**  
**52200024 02 trousse de membrane T-96**

Article	Description	Material of medium wetted parts			included O-Ring Set
		Membrane	O-Ring 7.00x1.00	Membrane ring	
52200024	DO-Membrane-Kit T-96	PTFE FDA <sup>1</sup>	Si FDA USP VI <sup>3</sup>	DIN 1.4435	52200069

**Content of o-ring set 52200069 / Inhalt von O-Ring Set 52200069 / Contient du o-ring set 341002008IG**

Article	Description	Material	Medium wetted part
203021167	O-Ring 8.00x1.78	Si FDA USP Vi <sup>3</sup>	yes
203011135	O-Ring 9.00x1.00	Si FDA USP Vi <sup>3</sup>	yes
203021119	O-Ring 20.29x2.62	Si FDA USP Vi <sup>3</sup>	yes
203011136	O-Ring 10.77x2.62	Si FDA <sup>2</sup>	yes
52200032	Trapezoid seal	Silicone	no
002011055	Washer	PTFE	no

Specifications  
Spezifikationen  
Spécifications

<sup>1</sup> PTFE FDA	<b>Polytetrafluorethylene FDA according to 21 CFR 177.1550</b>
<sup>1</sup> PTFE FDA	<b>Polytetrafluorethylene FDA gemäss to 21 CFR 177.1550</b>
<sup>1</sup> PTFE FDA	<b>Polytetrafluorethylene FDA conform avec 21 CFR 177.1550</b>
<sup>2</sup> Si FDA	<b>Silicone FDA according to 21 CFR 177.2600</b>
<sup>2</sup> Si FDA	<b>Silicone FDA gemäss to 21 CFR 177.2600</b>
<sup>2</sup> Si FDA	<b>Silicone FDA conform avec 21 CFR 177.2600</b>
<sup>3</sup> Si FDA USP VI	<b>Silicone FDA USP Class VI Compound MVQ 75.24-01 according to 21 CFR 177.2600 and according to USP 25 NF20, 2002 Class VI</b>
<sup>3</sup> Si FDA USP VI	<b>Silicone FDA USP Class VI Compound MVQ 75.24-01 gemäss 21 CFR 177.2600 und gemäss USP 25 NF20, 2002 Class VI</b>
<sup>3</sup> Si FDA USP VI	<b>Silicone FDA USP Class VI Compound MVQ 75.24-01 Conform avec 21 CFR 177.2600 et conform avec USP 25 NF20, 2002 Class VI</b>

**Mettler-Toledo AG, Process Analytics**



Waldemar Rauch  
Head of Process Analytics Division



Peter Rowing  
Head of Quality Management

Place and Date of issue  
Ausstellungsort und Datum  
Lieu et date d'émission

Urdorf, 22.02.2012

This Original may not be copied, as subject to technical changes  
Dieses Original darf nicht kopiert werden, da es dem Änderungsdienst unterliegt  
Cet original ne doit pas être copié, sujet de changement technique  
MS\_21\_02\_Membrankit\_52200024\_Feb12.doc

**METTLER TOLEDO**