

Address Im Hackacker 15, CH-8902 Urdorf, Switzerland
Mail address P.O. Box, CH-8902 Urdorf, Switzerland
Phone +41-44-729 62 11
Fax +41-44-729 66 36
Bank Credit Suisse, 8070 Zurich, BC 4835 / SWIFT CRESCHZ80A
Account no. 370501-21-4 CHF/IBAN CH65 0483 5037 0501 2100 4

www.mt.com/pro

To whom it may concern / Bestätigung / Confirmation

Confirmation

Bestätigung

Confirmation

We
Wir
Nous

Mettler-Toledo AG, Process Analytics

Im Hackacker 15
8902 Urdorf
Switzerland Schweiz Suisse

hereby confirm that we have attained the Quality Assurance Certificate ISO 9001 and the Environmental Certificate ISO 14001 and that the said product fulfils the following material specification:

bestätigen, dass wir im Besitz des Qualitätszertifikates nach ISO 9001 und des Umweltzertifikates nach ISO 14001 sind und dass die genannten Produkte unserer Firma in Übereinstimmung mit folgenden Materialspezifikationen hergestellt wurden:

confirme par la présente que nous sommes en possession de la certification qualité ISO 9001, de la certification environnementale ISO 14001 et que le dit produit répond aux spécifications de matière :

Description of Goods
Produktbeschreibung
Description du produit

Weld-in socket 40/DN25/straight/C22	part number: 59901242 (007641342IG)
Einschweiss-Stutzen 40/DN25/gerade/C22	Artikelnummer: 59901242 (007641342IG)
Manchon fileté à souder 40/DN25/droit/C22	numéros d'article: 59901242 (007641342IG)

Confirmation
Bestätigung
Confirmation

Hereby we confirm that the inner surface of the above mentioned weld-in socket has surface roughness of N6 respectively 0.8µm.

Hiermit Bestätigen wir, dass der Innendurchmesser des oben erwähnten Einschweiss-Stutzens eine Oberflächen Rauheit von N6 bzw. 0.8µm

Confirme par la présente que la surface des parties en contact avec le milieu ont une rugosité de la surface maximale Ra N6 de 0.8µm

Mettler-Toledo AG, Process Analytics



Waldemar Rauch
Head of Process Analytics Division



Peter Rowing
Head of Quality Management

Place and Date of issue
Ausstellungsort und Datum
Lieu et date d'émission

Urdorf, 20.02.2012

This Original may not be copied, as subject to technical changes
Dieses Original darf nicht kopiert werden, da es dem Änderungsdienst unterliegt
Cet original ne doit pas être copié, sujet de changement technique
CO_surface_roughness_59901242_007641342_Feb12.doc