

Address Im Hackacker 15, CH-8902 Urdorf, Switzerland
 Mail address P.O. Box, CH-8902 Urdorf, Switzerland
 Phone +41-44-729 62 11
 Fax +41-44-729 66 36
 Bank Credit Suisse, 8070 Zurich, BC 4835 / SWIFT CRESCHZ80A
 Account no. 370501-21-4 CHF/IBAN CH65 0483 5037 0501 2100 4

www.mt.com/pro

EC Declaration of conformity EG Konformitätserklärung CE Déclaration de Conformité



We
Wir
Nous

Mettler-Toledo AG, Process Analytics

Im Hackacker 15
 8902 Urdorf
 Switzerland Schweiz Suisse

declare under our sole responsibility that the product,
 erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt,
 déclarons sous notre seule responsabilité que le produit,

Description
Beschreibung
Description

M800 1 Channel

to which this declaration relates is in conformity with the following directive(s) and standard(s).
 auf welches sich diese Erklärung bezieht, mit der/den folgenden Richtlinie(n) und Norm(en) übereinstimmt.
 À ce que cette déclaration rapporte est conforme aux directive(s) et aux norme(s) suivantes.

**Low-voltage directive/
 Nieder-spannungs-Richtlinie/
 Directive basse tension**

**2006/95/EC
 2006/95/EG
 2006/95/CE**

**Standard
 Norm
 Norme**

**IEC 61010-1 : 2010
 EN 61010-1 : 2010**

**EMC Directive
 EMV Richtlinie
 CEM Directive**

**2004/108/EC
 2004/108/EG
 2004/108/CE**

**Standard
 Norm
 Norme**

**EN 61326-1:2013 (immunity test requirements for
 use in industrial locations)
 (IEC 61326-1:2012)
 CISPR 11:2009+A1:2010,
 IEC 61000-3-2:2005+A1:2008+A2:2009
 IEC 61000-3-3:2008**

**IEC 61000-4-2:2008
 IEC 61000-4-3:2009+A1:2007+A2:2010
 IEC 61000-4-4:2004+A1:2010
 IEC 61000-4-5:2005
 IEC 61000-4-6:2008
 IEC 61000-4-8:2009
 IEC 61000-4-11:2004**

Mettler-Toledo AG, Process Analytics

Waldemar Rauch
 Head of Process Analytics Division

Peter Rowing
 Head of Quality Management

**Place and Date of issue
 Ausstellungsort und Datum
 Lieu et date d'émission**

Urdorf, 19.09.2013

This Original may not be copied, as subject to technical changes
 Dieses Original darf nicht kopiert werden, da es dem Änderungsdienst unterliegt
 Cet original ne doit pas être copié, sujet de changement technique