

Address Im Hackacker 15, CH-8902 Urdorf, Switzerland
Mail address P.O. Box, CH-8902 Urdorf, Switzerland
Phone +41-44-729 62 11
Fax +41-44-729 66 36
Bank Credit Suisse, 8070 Zurich, BC 4835 / SWIFT CRESCHZ80A
Account no. 370501-21-4 CHF/IBAN CH65 0483 5037 0501 2100 4

www.mt.com/pro

To whom it may concern / Bestätigung / Confirmation

Material Specification EN 10204-2.1

Materialbescheinigung EN 10204-2.1

Certificate du materiau EN 10204-2.1

We
Wir
Nous

Mettler-Toledo AG, Process

Im Hackacker 15
8902 Urdorf
Switzerland Schweiz Suisse

hereby confirm that we have attained the Quality Assurance Certificate ISO 9001 and the Environmental Certificate ISO 14001 and that the said product fulfils the following material specification:

bestätigen, dass wir im Besitz des Qualitätszertifikates nach ISO 9001 und des Umweltzertifikates nach ISO 14001 sind und dass die genannten Produkte unserer Firma in Übereinstimmung mit folgenden Materialspezifikationen hergestellt wurden:

confirmons par la présente que nous sommes en possession de la certification qualité ISO 9001, de la certification environnementale ISO 14001 et que le dit produit répond aux spécifications de matière :

Description
Beschreibung
Description

Certificate of compliance with the order EN 10204-2.1

Werksbescheinigung EN 10204-2.1

Certificat de compliance avec la norme EN 10204-2.1

Description of Goods
Produktbeschreibung
Description du produit

59909856 (203011132) O-Ring 10.77x2.62 Si USP VI N5

Specifications
Spezifikationen
Spécifications

Valid for items delivered Ex Urdorf as of 1st of June 2004:

Gültig für Produkte mit Lieferdatum Ex Urdorf ab 1. Juni 2004:

Validé pour des produits avec livraison ex urdorf à partir de 01 juin 2004 :

O-ring-material
O-Ring-Material
Matériau du joint torique

Silicon FDA USP Class VI N5
Silikon FDA UPS Klasse VI N5
Silicone FDA UPS Classe VI N5

according to / gemäss / conforme avec
Compound MVQ 75.24-01
according to 21 CFR 177.2600 and
according to USP 25 NF20, 2002 Class VI

Valid for items delivered Ex Urdorf until 31st of May 2004:
Gültig für Produkte mit Lieferdatum Ex Urdorf bis 31. Mai 2004:
Validé pour des produits avec livraison ex urdorf à 31 Mai :

O-ring Material
O-Ring-Material
Matériau du joint torique

Silicon FDA
Silikon FDA
Silicone FDA

According to / gemäß / conforme avec
21 CFR 177.2600

Mettler-Toledo AG, Process Analytics



Waldemar Rauch
Head of Process Analytics Division



Peter Rowing
Head of Quality Management

Place and Date of issue
Ausstellungsort und Datum
Lieu et date d'émission

Urdorf, 19.04.2012

This Original may not be copied, as subject to technical changes
Dieses Original darf nicht kopiert werden, da es dem Änderungsdienst unterliegt
Cet original ne doit pas être copié, sujet de changement technique
MS_59909856_203011132_Silicon_FDA_USP_April12.doc

METTLER TOLEDO