

Address Im Hackacker 15, CH-8902 Urdorf, Switzerland
 Mail address P.O. Box, CH-8902 Urdorf, Switzerland
 Phone +41-44-729 62 11
 Fax +41-44-729 66 36
 Bank Credit Suisse, 8070 Zurich, BC 4835 / SWIFT CRESCHZ80A
 Account no. 370501-21-4 CHF/IBAN CH65 0483 5037 0501 2100 4

www.mt.com/pro**To whom it may concern / Bestätigung / Confirmation****Material Specification EN 10204-2.1****Materialbescheinigung EN 10204-2.1****Certificate du materiau EN 10204-2.1**

We
Wir
Nous

Mettler-Toledo AG, Process

Im Hackacker 15
 8902 Urdorf
 Switzerland Schweiz Suisse

hereby confirm that we have attained the Quality Assurance Certificate ISO 9001 and the Environmental Certificate ISO 14001 and that the said product fulfils the following material specification:

bestätigen, dass wir im Besitz des Qualitätszertifikates nach ISO 9001 und des Umweltzertifikates nach ISO 14001 sind und dass die genannten Produkte unserer Firma in Übereinstimmung mit folgenden Materialspezifikationen hergestellt wurden:

confirmons par la présente que nous sommes en possession de la certification qualité ISO 9001, de la certification environnementale ISO 14001 et que le dit produit répond aux spécifications de matière :

Description
Beschreibung
Description

Certificate of compliance with the order EN 10204-2.1
Werksbescheinigung EN 10204-2.1
Certificat de compliance avec la norme EN 10204-2.1

Description of Goods
Produktbeschreibung
Description du produit

InPro6860i/YYY
YYY= length / Länge / longueur

Specifications
Spezifikationen
Spécifications

Metallic and / or plastic parts
Metallische und / oder Kunststoffteile
Partie métallique et / ou plastique

Shaft
Schaft
tige

Stainless Steel 1.4404 Ra<0.4µm [16µ in]
Rostfreier Stahl 1.4404 Ra<0.4µm [16µ in]
acier inoxydable 1.4404 Ra<0.4µm [16µ in]

Plastic part [Membrane]
Kunststoffteile [Membrane]
Partie plastique [membrane]

PTFE FDA
PTFE FDA
PTFE FDA

According to / gemäss / conforme avec
21 CFR 177.2600

Mettler-Toledo AG, Process Analytics


Waldemar Rauch
 Head of Process Analytics Division



Peter Rowing
 Head of Quality Management

Place and Date of issue
Ausstellungsort und Datum
Lieu et date d'émission

Urdorf, 14.06.2012

This Original may not be copied, as subject to technical changes
 Dieses Original darf nicht kopiert werden, da es dem Änderungsdienst unterliegt
 Cet original ne doit pas être copié, sujet de changement technique
 MS_InPro_6860i__June12.doc